

令和3年10月14日

入札に係る公告

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 林田 良三



下記の調達物件について、次のとおり公告する。

記

1. 入札に付する事項

- (1) 物件名 安全キャビネットおよびクリーンベンチ 一式
- (2) 納入場所 大分県済生会日田病院薬剤部（抗がん剤無菌調製室および無菌調剤室）
- (3) 仕様及び数量 別紙仕様書を参照
- (4) 納入期限 令和4年3月末日
- (5) 入札執行 令和3年10月28日(木)

2. 入札の方法

一般競争入札

3. 一般競争入札の参加資格要件

- (1) 公告日から開札期日までの間に地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。
- (2) 令和3年度 物品調達に関する入札参加登録資格を得ている者。
- (3) 入札事項に定めた要件を満たしていること。

4. 一般競争入札の参加者の制限

以下のいずれかに該当すると認められる者は参加資格を有しない。

- (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- (2) 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者。
- (3) 次の各号のいずれかに該当する事実があり、その後2年間を経過していない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
 - ① 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
 - ② 公正な競争を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者。
 - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。
 - ④ 監督又は検査の実施に当たり、職員及び契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者。
 - ⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者。
 - ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。

⑦前各号に類する行為を行った者。

5. 入札参加意向書の提出

- (1)受付期間 令和3年10月20日(水)午後5時まで(以後は受け付けない)
- (2)提出書類 ①入札参加意向書(様式第1号を使用)
②令和3年度 物品調達に関する入札参加登録資格通知書の写し
- (3)提出方法 社会福祉法人^{恩賜}_{財団}済生会支部大分県済生会日田病院 用度課へ持参又は郵送願います。

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643 番地の 7 TEL 0973-24-1100

6. 入札参加資格

入札参加意向書を提出し参加資格要件を満たす者には入札通知書を送付します。
入札通知書には次の事項を記載しています。

- (1)入札の日時・場所
- (2)入札の手続き等
- (3)入札保証金の要否
- (4)予定価格・最低制限価格の有無
- (5)その他注意事項

7. その他

- (1)提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (2)提出された書類は、本調達物件の納入業者選定以外に使用しない。
- (3)提出された書類は、返却しない。
- (4)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (5)提出書類に関する問い合わせ先

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643 番地の 7
社会福祉法人^{恩賜}_{財団}済生会支部 大分県済生会日田病院
窓口担当:用度課 光野 秀一
電話:0973-24-1100 FAX:0973-22-8779
E-Mail:youdo76@saiseikai.hita.oita.jp

仕様書

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 林田 良三



I. 調達物品名

安全キャビネットおよびクリーンベンチ 一式

II. 構成

品名	数量	設置場所
安全キャビネット (給排気工事含む)	1 式	抗がん剤無菌調製室
クリーンベンチ	1 式	無菌調剤室

III. 調達物品に備えるべき機能及び性能

1 安全キャビネット

1.1 安全キャビネットは以下の要件を満たすこと

- 1.1.1 クラスIIタイプB2(100%屋外排気型)であること。
- 1.1.2 清浄度については、ISOクラス5を満たす性能を有すること。
- 1.1.3 外形寸法は、幅1300mm以上×奥行780mm以上であること。
- 1.1.4 前面ガラスシャッターは10度程度の傾斜がついていること。
- 1.1.5 防滴コンセントを備えていること。
- 1.1.6 照明灯を備えていること。
- 1.1.7 殺菌灯を備えていること。
- 1.1.8 排気ファンと連動運転可能であること。
- 1.1.9 作業庫内に、ハンガーパイプ、ハンガーフックを備えていること。
- 1.1.10 流入風速に異常が発生時に、ブザー及び表示にて警報を出せること。
- 1.1.11 前面シャッターが指定位置以上に開放された時に、ブザー及び表示にて警報を出せること。

1.2 安全キャビネットの給排気工事については、以下の要件を満たすこと。

- 1.2.1 排気ファンがバイオハザード対策用キャビネットと連動運転を行うための制御盤を設置すること。
- 1.2.2 2階屋上に排気ファンを設置すること。
- 1.2.3 排気ファンは、直動式とすること
- 1.2.4 排気ダクト及び支持材等の材質は、耐候性のあるものとする。
- 1.2.5 抗がん剤調製への給気口には、不織布フィルターを設置すること。

2. クリーンベンチは以下の要件を満たすこと

- 2.1 無菌製剤用のクリーンベンチであること。
- 2.2 清浄度については、ISO クラス5を満たす性能を有すること。
- 2.3 外形寸法は、幅 1300mm×奥行 800mm±30mm 以内であること。
- 2.4 庫内の高さ寸法は、720mm 以上であること。
- 2.5 照明灯を備えていること。
- 2.6 殺菌灯を備えていること。
- 2.7 庫内に機器類(照明灯、殺菌灯、風速センサーなど)が突出していない構造とすること。
- 2.8 作業庫内に、ハンガーパイプ、ハンガーフックを備えていること。
- 2.9 風速を示すインジケータを備えていること。
- 2.10 処理風量は、15.0 m³/min 以上であること。

IV. 適合参考物品

【安全キャビネット】

メーカー	型番
日本エアテック	BHC-1307 II B2-FS
日科ミクロン	BCG401

【クリーンベンチ】

メーカー	型番
日本エアテック	VG-1306
日科ミクロン	NCF-1300S

機種については上記記載の機種から選択すること。但し、安全キャビネットとクリーンベンチは同一メーカーの製品であること。

(例) 安全キャビネットで A 社の製品を選択した場合は、併せて、クリーンベンチも A 社の製品となる。

V. その他

当院への搬入、組み立て、据え置き、調整、既存機の撤去および廃棄(マニフェスト発行費用含む)取扱い説明等一式を含めた額とすること

以上

(様式第1号)

入札参加意向書

令和 3 年 月 日

社会福祉法人<sup>恩賜
財団</sup>済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 林 田 良 三 殿

(申 請 者)
住 所
商号又は名称
代 表 者

㊞

申請者は、令和3年10月14日付けで公告のあった、大分県済生会日田病院 安全キャビネットおよび
クリーンベンチー式整備事業の入札に参加したいので、その旨を申請します。

※ご担当者の連絡先をお願いします。

所 属
職 名
氏 名
電 話
FAX
E-mail