

入札に係る公告

令和 6 年 9 月 24 日

社会福祉法人^{鳥賜}財団^{財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 林 田 良



下記の調達物件について、次のとおり公告する。

記

1. 入札に付する事項

- (1) 物件名 超音波電気刺激装置一式
- (2) 納入場所 大分県済生会日田病院リハビリテーション部
- (3) 仕様及び数量 別紙仕様書を参照
- (4) 納入期限 令和6年11月末日
- (5) 入札執行 令和6年10月15日(火)午前10時00分

2. 入札の方法

一般競争入札

3. 一般競争入札の参加資格要件

- (1) 公告日から開札期日までの間に地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。
- (2) 令和6年度 物品調達に関する入札参加登録資格を得ている者。
- (3) 入札事項に定めた要件を満たしていること。

4. 一般競争入札の参加者の制限

以下のいずれかに該当すると認められる者は参加資格を有しない。

- (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- (2) 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者。
- (3) 次の各号のいずれかに該当する事実があり、その後2年間を経過していない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
 - ① 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
 - ② 公正な競争を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者。
 - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。
 - ④ 監督又は検査の実施に当たり、職員及び契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者。

- ⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者。
- ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。
- ⑦ 前各号に類する行為を行った者。

5. 入札参加意向書の提出

- (1) 受付期間 令和6年10月4日(金)午後5時まで(以後は受け付けない)
- (2) 提出書類 ① 入札参加意向書(様式第1号を使用)
② 令和6年度 物品調達に関する入札参加登録資格通知書の写し
- (3) 提出方法 社会福祉法人^{恩賜}_{財団} 済生会支部 大分県済生会日田病院用度課へ持参又は郵送願います。

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643-7 TEL 0973-24-1100

6. 入札参加資格

入札参加意向書を提出し参加資格要件を満たす者には入札通知書を送付します。
入札通知書には次の事項を記載しています。

- (1) 入札の日時・場所
- (2) 入札の手続き等
- (3) 入札保証金の要否
- (4) 予定価格・最低制限価格の有無
- (5) その他注意事項

7. その他

- (1) 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (2) 提出された書類は、本調達物件の納入業者選定以外に使用しない。
- (3) 提出された書類は、返却しない。
- (4) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (5) 提出書類に関する問い合わせ先

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643-7
社会福祉法人^{恩賜}_{財団} 済生会支部 大分県済生会日田病院
窓口担当: 用度課 広瀬 聡
電話: 0973-24-1100 FAX: 0973-22-8779
E-Mail: youdo2020@saiseikai.hita.oita.jp

令和6年9月24日

仕様書

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 林田良三
(公印省略)

I. 調達物品

超音波電気刺激装置 1式

II. 構成

低周波治療器・超音波治療器組み合わせ理学療法機器 1式

III. 調達物品に備えるべき機能および性能

	低周波治療器・超音波治療器組み合わせ理学療法機器は以下の条件を満たすこと。
1-1	低周波治療器および超音波治療器の機能を有し、両者を同時に照射刺激が可能で、かつ単独使用にも対応できること
1-2	超音波は 1MHz および 3MHz に対応し、浅部と深部に照射できること。
1-3	パルス周波数は 100Hz であること
1-4	超音波照射用の治療タイマーを備えること
1-5	超音波出力は制限値及び精度 $3.0\text{W}/\text{cm}^2 \pm 20\%$ 、最大有効強度 $2.0\text{W}/\text{cm}^2$ (連続)、瞬時最大強度 $3.0\text{W}/\text{cm}^2$ (パルス) に対応すること。
1-6	出力電流は最大 47mA に対応すること
1-7	出力電圧は最大 250V に対応すること
1-8	出力周波数は最大 400Hz に対応すること
1-9	電気刺激用の治療タイマーを備えること
1-10	装置本体は、交流 100V で動作すること
1-11	電撃に対する保護の形式と程度はクラス I、BF 型であること

IV. 適合参考機種

・伊藤超短波(株) コンビネーション刺激装置 EU-910

V. その他

- ・当院への搬入、組み立て、据え置き、取り扱い、説明等を含めた額とすること。
- ・適合参考物品以上の機能を有する製品は可とする。

(様式第1号)

入札参加意向書

令和 年 月 日

社会福祉法人^{恩賜}財団^{済生会}支部
大分県済生会日田病院
院長 林田 良三 殿

(申請者)

住 所
商号又は名称
代 表 者

⑩

申請者は、令和6年9月24日付で公告のあった、大分県済生会日田病院 超音波電気刺激装置一式の整備事業の入札に参加したいので、その旨を申請します。

※ご担当者の連絡先をお願いします。

所 属
職 名
氏 名
電 話
FAX
E-mail