

入札に係る公告

令和 7 年 11 月 14 日

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大分県済生会
支 部 長 林 田 良 三



下記の調達物件について、次のとおり公告する。

記

1. 入札に付する事項

- (1) 物 件 名 除細動器一式の整備事業
- (2) 納 入 場 所 大分県済生会日田病院 3 階病棟、透析室
- (3) 仕様及び数量 別紙仕様書を参照
- (4) 納 入 期 限 令和 8 年 3 月末日
- (5) 入 札 執 行 令和 7 年 11 月 28 日（金）午前 11 時 30 分

2. 入札の方法

一般競争入札

3. 一般競争入札の参加資格要件

- (1) 公告日から開札期日までの間に地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。
- (2) 入札事項に定めた要件を満たしていること。
- (3) 令和 7 年度入札参加登録資格を得ている者。

4. 一般競争入札の参加者の制限

以下のいずれかに該当すると認められる者は参加資格を有しない。

- (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- (2) 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者。
- (3) 次の各号のいずれかに該当する事実があり、その後 2 年間を経過していない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
 - ① 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
 - ② 公正な競争を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者。
 - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。
 - ④ 監督又は検査の実施に当たり、職員及び契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者。
 - ⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者。
 - ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。

⑦前各号に類する行為を行った者。

5. 入札参加意向書の提出

- (1) 受付期間 令和7年11月19日(水)午後5時まで(以後は受付けない)
- (2) 提出書類 ①入札参加意向書(様式第1号を使用)
②令和7年度 物品調達に関する入札参加登録資格通知書の写し
- (3) 提出方法 社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大分県済生会日田病院用度課へ持参又は郵送願います。

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643-7 Tel 0973-24-1100

6. 入札参加資格

入札参加意向書を提出し参加資格要件を満たす者には入札通知書を送付します。

入札通知書には次の事項を記載しています。

- (1) 入札の日時・場所
- (2) 入札の手続き等
- (3) 入札保証金の要否
- (4) 予定価格・最低制限価格の有無
- (5) その他注意事項

7. その他

- (1) 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (2) 提出された書類は、本調達物件の納入業者選定以外に使用しない。
- (3) 提出された書類は、返却しない。
- (4) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (5) 提出書類に関する問い合わせ先

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643-7

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部 大分県済生会日田病院
窓口担当:用度課 広瀬 聡

電話:0973-24-1100 FAX:0973-22-8779

E-Mail:youdo2020@saiseikai.hita.oita.jp

令和7年11月14日

仕 様 書

I. 調達物品名

令和 7 年度施設整備計画 除細動器一式

II. 納品場所

大分県済生会日田病院 3 階病棟・透析室

III. 構成

機器名称	数量
除細動器	2台

IV. 調達物品に備えるべき機能および性能

※詳細は【別紙】参照のこと。

V. 適合参考機種

メーカー	機器名称	型式
日本光電工業	除細動器	TEC-1021

適合参考品と同等以上の機能を有する製品は可とする。

VI. その他

当院への搬入、組立、据置、調整、説明等の総額とすること。

以上

(様式第1号)

入札参加意向書

令和 年 月 日

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大分県済生会
支部長 林 田 良 三 殿

(申 請 者)

住 所

商号又は名称

代 表 者

㊞

申請者は、令和7年11月14日付で公告のあった、大分県済生会日田病院 除細動器一式の整備事業の入札に参加したいので、その旨を申請します。

※ご担当者の連絡先をお願いします。

所 属

職 名

氏 名

電 話

F A X

E-mail

【別紙】 除細動器仕様書

1	除細動器1式は以下の要件を満たすこと。
1-1	除細動部に関しては以下の要件を満たすこと。
1-1-1	270Jのエネルギー出力ができること。
1-1-2	270Jまで、5秒未満で充電が完了できること。
1-1-3	200Jまで、4秒未満で充電が完了できること。
1-1-4	通電後、3秒以内に心電図が基線復帰し、心電図が確認できること。
1-1-5	外用パドルの他、使い捨てパドルが使用できること
1-1-6	胸部接触抵抗が計測できること。
1-1-7	マニュアルモードで使用する際、操作が3ステップであること。
1-1-8	新品満充電のバッテリー使用時で、270Jで150回以上の通電ができること。
1-2	モニタ部に関しては以下の要件を満たすこと
1-2-1	画面サイズは10.4インチ以上であること。
1-2-2	心電図波形、心拍数が計測表示できること。
1-2-3	数値拡大機能を有すること。
1-2-4	心電図の入力方法は電極リード線、外用パドル、使い捨てパドルと選択できること。
1-2-5	専用操作キーに加え、タッチパネルによる操作ができること。
1-2-6	どの画面からでもワンタッチで基本画面に戻るホームキーを有すること。
1-2-7	操作のショートカットを登録できるカスタマイズキーを設定できること。
1-3	AED部に関しては以下の要件を満たすこと。
1-3-1	除細動が必要な波形を検出でき、音声と画面メッセージで知らせること。
1-3-2	除細動が必要な波形が検出されると、エネルギーが自動充電されること。
1-3-3	解析時間が最短3秒であること。
1-3-4	小児AEDモードを有していること。
1-3-5	AEDモード時のエネルギー出力を、エスカレーション設定にできること。