

入札に係る公告

令和 8 年 1 月 27 日

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 大 坪 仁



下記の調達物件について、次のとおり公告する。

記

1. 入札に付する事項

- (1) 物 件 名 関節鏡手術システム設備整備事業
- (2) 納 入 場 所 大分県済生会日田病院
- (3) 仕様及び数量 別紙仕様書を参照
- (4) 納 入 期 限 令和 8 年 04 月 30 日 (木)
- (5) 入 札 執 行 令和 8 年 02 月 12 日 (木)

2. 入 札 の 方 法

一般競争入札

3. 一般競争入札の参加資格要件

- (1) 公告日から開札期日までの間に地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。
- (2) 令和 7 年度物品調達に関する入札参加登録資格を得ている者。
- (3) 入札事項に定めた要件を満たしていること。

4. 一般競争入札の参加者の制限

以下のいずれかに該当すると認められる者は参加資格を有しない。

- (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- (2) 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者。
- (3) 次の各号のいずれかに該当する事実があり、その後 2 年間を経過していない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
 - ① 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 - ② 公正な競争を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者
 - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
 - ④ 監督又は検査の実施に当たり、職員及び契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者
 - ⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者
 - ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
 - ⑦ 前各号に類する行為を行なった者

5. 入札参加意向書の提出

- (1) 受付期間 令和 8 年 02 月 6 日 (金) 午後 12 時まで (以後は受付けない)
- (2) 提出書類 ① 入札参加意向書 (別紙、様式第 1 号を使用)

②令和7年度物品調達に関する入札参加登録資格通知書の写し

- (3) 提出方法 社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大分県済生会日田病院 用度課へ持参又は郵送願います。

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643 番地の 7 (TEL) 0973-24-1100

6. 入札参加資格

入札参加意向書を提出し参加資格要件を満たす者には入札通知書と仕様書を送付します。

入札通知書には次の事項を記載しています。

- (1) 入札の日時・場所
- (2) 入札の手続き等
- (3) 入札保証金の要否
- (4) 予定価格・最低制限価格の有無
- (5) その他注意事項

7. その他

- (1) 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (2) 提出された書類は、本調達物件の納入業者選定以外に使用しない。
- (3) 提出された書類は、返却しない。
- (4) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (5) 提出書類に関する問い合わせ先

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643 番地の 7
社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部 大分県済生会日田病院
窓口担当：用度課 末竹 清治
電 話：0973-24-1100
F A X：0973-22-1269
E-Mail：youdo06@saiseikai.hita.oita.jp

令和 8 年 1 月 26 日

仕 様 書

I. 調達品名

関節鏡システム 一式

II. 構成

1. 内視鏡カメラシステム

1-1	カメラコントロールユニット
1-2	カメラヘッド
1-3	カプラー
1-4	ライトケーブル
1-5	内視鏡側アダプター
1-6	装置側アダプター
1-7	スコープ(光学視管)
1-8	カニューラ

2. 画像記録システム

2-1	記録装置本体
-----	--------

3. 医用モニター

3-1	モニター本体
-----	--------

4. 医用カート

4-1	カート本体
-----	-------

5. プリンター

5-1	プリンター本体
-----	---------

6. シェーバーシステム

6-1	シェーバーシステムコントロールユニット
-----	---------------------

6-2	ハンドピース
6-3	フットスイッチ

7. 灌流システム

7-1	灌流システム本体
-----	----------

8. 電気手術器

8-1	電気手術器本体
8-2	その他(フットスイッチ・消耗品)

Ⅲ. 調達品に備えるべき技術的要因 (性能、機能に関する要件)

1. 内視鏡カメラシステム

1-1	カメラコントロールユニットは以下の要件を満たすこと。
1-1-1	4K 画像である解像度 3,840×2,160 が出力可能であること。
1-1-2	光源は LED を採用していること。
1-1-3	1-2 カメラヘッドのボタン操作で光源の ON/OFF が可能であること。

1-2	カメラヘッドは以下の要件を満たすこと。
1-2-1	4K 画像である解像度 3,840×2,160 が出力可能であること。
1-2-2	オートクレーブおよび過酸化水素による滅菌に対応していること。

1-3	カプラーは以下の要件を満たすこと。
1-3-1	アイピース型スコープと接続が可能であること。
1-3-2	オートクレーブおよび過酸化水素による滅菌に対応していること。

1-4	ライトケーブルは以下の要件を満たすこと。
1-4-1	1-1 カメラコントロールユニットと 1-7 スコープに接続が可能であること。
1-4-2	スコープ、及び光源に接続するための複数の形状のアダプターを有していること。
1-4-3	オートクレーブおよび過酸化水素による滅菌に対応していること。

1-5	内視鏡側アダプターは以下の要件を満たすこと。
1-5-1	1-4 ライトケーブルに取り付けることで、1-7 スコープに接続可能であること。
1-5-2	オートクレーブによる滅菌に対応していること。

1-6	光源装置側アダプターは以下の要件を満たすこと。
1-6-1	1-4 ライトケーブルに取り付けることで、1-1 カメラコントロールユニットに接続可能であること。
1-6-2	オートクレーブによる滅菌に対応していること。

1-7	スコープは以下の要件を満たすこと。
1-7-1	先端にサファイヤレンズを使用していること。
1-7-2	フルスペックハイビジョンカメラに対応していること。
1-7-3	1-2 カメラヘッド、1-4 ライトケーブルとの接続が可能であること。
1-7-4	オートクレーブおよび過酸化水素による滅菌に対応していること。

1-8	カニューラは以下の要件を満たすこと。
1-8-1	灌流液を流入するバルブは 2 つであること。
1-8-2	カニューラ外筒の外径は 6.0mm 以下であること。

2. 画像記録装置システム

2-1	記録装置本体は以下の要件を満たしていること。
2-1-1	1-1 カメラコントロールユニットと接続して、静止画と動画の両方を記録する機能を有すること。
2-1-2	フロントパネルは 7 インチ以上のディスプレイであること。

3. 医用モニター

3-1	モニターサイズは、32 インチ以上の液晶ディスプレイであること
3-1-1	表示画素数は 3840x2160 ピクセル以上であること
3-1-2	画面表示された映像をそのまま外部出力できるクローン出力機能を有すること

4. 医用カート

4-1	医用カートは以下の要件を満たしていること。
4-1-1	器械を設置するトレイが 4 段以上であること。
4-1-2	移動が容易にできる車輪があり、ストッパーでロックが可能であること。
4-1-3	3-1 であるモニターの荷重に耐えられるアームを有すること。
4-1-4	電源用トランスが装備されていること。

5. 医用プリンター

5-1	プリンターは以下の要件を満たしていること。
5-1-1	2-1 記録装置本体と接続することで、記録装置からプリント操作が可能であること。
5-1-2	昇華熱転写型プリント方式を採用していること。

6. シェーパースystemは以下の要件を満たしていること。

6-1	シェーパースystemコントロールユニットは以下の要件を満たしていること。
6-1-1	本体の設定を全面液晶パネルにて操作可能であること。
6-1-2	オシレートモード(正逆回転)を 2 種類装備していること。

6-2	ハンドピースは以下の要件を満たしていること。
6-2-1	膝・肩・股関節用ハンドピースは以下の要件を満たしていること。

6-2-2	吸引の On/Off のレバーが装備されていること。
6-2-3	ワンタッチ式でシェーバーブレードの装着が可能であること。
6-2-4	シェーバーブレードの刃先の向きが変更可能であること。
6-2-5	ハンドピースでボタン操作が可能であること。
6-2-6	股関節専用のシェーバーブレードを装着可能であること。
6-2-7	6-1 シェーバーシステムコントロールユニットと接続が可能であること。

6-3	フットスイッチは以下の要件を満たしていること。
6-3-1	6-1 シェーバーシステムコントロールユニットと接続が可能であること。

7. 灌流システムは以下の要件を満たしていること。

7-1	灌流システム本体は以下の要件を満たしていること。
7-1-1	カニューラのサイズごとに、器械本体で圧の調整可能であること。
7-1-2	専用のチューブを容易に取り付け可能であること。
7-1-3	関節内の視野を迅速に確保するため、フラッシュ機能を有すること。
7-1-4	設定した圧と流量、及び実際の関節内の圧力と流量が容易に確認可能であること。

8. 電気手術器は以下の要件を満たしていること。

8-1	一般的電気手術器に関して以下の要件を満たすこと。
8-1-1	クラス分類Ⅱの承認品であること。

8-2	その他以下の要件を満たすこと。
8-2-1	専用フットスイッチでの出力操作が可能であること。
8-2-2	専用消耗品にハンドコントロール用ボタンを有し、出力操作が可能であること。
8-2-3	専用消耗品にアウトフローチューブが一体型になっていること。

IV. その他

当院への搬入、組立、据置、調整、取扱い説明等の総額とすること。

以上

(様式第 1 号)

入札参加意向書

令和 年 月 日

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大分県済生会
大分県済生会日田病院
院長 大 坪 仁

(申 請 者)
住 所
商号又は名称
代 表 者

⑨

申請者は、令和 8 年 1 月 27 日付けで公告のあった、大分県済生会日田病院 関節鏡手術システム設備
整備事業の入札に参加したいので、その旨を申請します。

※ご担当者の連絡先をお願いします。

所 属
職 名
氏 名
電 話
F A X
E-mail