

入札に係る公告

令和 8 年 06 月 11 日

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 大坪 仁



下記の調達物件について、次のとおり公告する。

記

1. 入札に付する事項

- (1) 物件名 内視鏡用 DICOM コンバーター整備事業
- (2) 納入場所 大分県済生会日田病院
- (3) 仕様及び数量 別紙仕様書を参照
- (4) 納入期限 令和 8 年 08 月 31 日 (月)
- (5) 入札執行 令和 8 年 06 月 23 日 (火)

2. 入札の方法

一般競争入札

3. 一般競争入札の参加資格要件

- (1) 公告日から開札期日までの間に地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。
- (2) 令和 8 年度物品調達に関する入札参加登録資格を得ている者。
- (3) 入札事項に定めた要件を満たしていること。

4. 一般競争入札の参加者の制限

以下のいずれかに該当すると認められる者は参加資格を有しない。

- (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- (2) 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者。
- (3) 次の各号のいずれかに該当する事実があり、その後 2 年間を経過していない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
 - ① 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 - ② 公正な競争を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者
 - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
 - ④ 監督又は検査の実施に当たり、職員及び契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者
 - ⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者
 - ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
 - ⑦ 前各号に類する行為を行った者

5. 入札参加意向書の提出

- (1) 受付期間 令和 8 年 06 月 17 日 (水) 午後 12 時まで (以後は受け付けない)
- (2) 提出書類 ①入札参加意向書 (別紙、様式第 1 号を使用)

②令和 8 年度物品調達に関する入札参加登録資格通知書の写し

(3) 提出方法 社会福祉法人^県_県済生会支部大分県済生会日田病院 用度課へ持参又は郵送願います。

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643 番地の 7 (Tel) 0973-24-1100

6. 入札参加資格

入札参加意向書を提出し参加資格要件を満たす者には入札通知書と仕様書を送付します。

入札通知書には次の事項を記載しています。

- (1) 入札の日時・場所
- (2) 入札の手続き等
- (3) 入札保証金の要否
- (4) 予定価格・最低制限価格の有無
- (5) その他注意事項

7. その他

- (1) 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (2) 提出された書類は、本調達物件の納入業者選定以外に使用しない。
- (3) 提出された書類は、返却しない。
- (4) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (5) 提出書類に関する問い合わせ先

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643 番地の 7
社会福祉法人^県_県済生会支部 大分県済生会日田病院
窓口担当：用度課 末竹 清治
電 話：0973-24-1100
F A X：0973-22-1269
E-Mail：youdo06@saiseikai.hita.oita.jp

(様式第1号)

入札参加意向書

令和 年 月 日

社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団}済生会支部
大分県済生会日田病院
院長 大坪 仁

(申請者)
住 所
商号又は名称
代 表 者

⑩

申請者は、令和8年6月11日付けで公告のあった、大分県済生会日田病院 内視鏡用DICOMコンバーター整備事業の入札に参加したいので、その旨を申請します。

※ご担当者の連絡先をお願いします。

所 属
職 名
氏 名
電 話
FAX
E-mail

仕 様 書

I. 調達物品名

内視鏡用 DICOM コンバーター整備事業

II. 規格及び数量

規格	数量	単数
DICOM コンバーター本体	1	式
DICOM Modality Worklist (MWM) 接続機能	1	式
PACS 接続設定	1	式

III. 機能及び性能

- (1) HIS/RIS で発行された検査依頼情報を、DICOM コンバーターに自動的に取り込み、患者情報を HIS/RIS より取得する機能。(DICOM3.0 準拠 ModalityWorklistManager機能)
- (2) DICOM3.0 準拠デジタル画像をDICOMサーバへDICOM3.0 準拠プロトコルにより伝送する機能
- (3) 内視鏡製品より取得するアナログ画像をDICOMデジタル画像に変換する機能
- (4) トリガー信号を取得し内視鏡製品とシャッターの連動が可能
- (5) オーダされた患者情報を取得し内視鏡製品に患者データ表示が可能。モダリティによる2度打ちの手間、入力間違いを極力防ぐことが可能。

IV. 参考物品

※ オリンパス QUEV DICOM コンバーター MAJ-2293

なお、参考物品は仕様策定のためのものであり、同等以上の機能及び性能を有する製品を可とする。

III. その他

当院への搬入、組立、据置、調整、取扱い説明等一式を含め、電子カルテ(株)ソフトウェア・サービス)、INFINITT PACS 接続連携費用を含めた額とすること

以上