

# 入札に係る公告

令和 8 年 9 月 9 日

社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部  
大分県済生会日田病院  
院長 大坪 仁



下記の調達物件について、次のとおり公告する。

## 記

### 1. 入札に付する事項

- (1) 物 件 名 歯科用コンプレッサー・エアドライヤー式の整備事業
- (2) 納 入 場 所 大分県済生会日田病院
- (3) 仕様及び数量 別紙仕様書を参照
- (4) 納 入 期 限 令和 9 年 3 月末日
- (5) 入 札 執 行 令和 8 年 9 月 29 日（火）午前 11 時 00 分

### 2. 入札の方法

一般競争入札

### 3. 一般競争入札の参加資格要件

- (1) 公告日から開札期日までの間に地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。
- (2) 令和 8 年度 物品調達に関する入札参加登録資格を得ている者。
- (3) 入札事項に定めた要件を満たしていること。

### 4. 一般競争入札の参加者の制限

以下のいずれかに該当すると認められる者は参加資格を有しない。

- (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- (2) 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者。
- (3) 次の各号のいずれかに該当する事実があり、その後 2 年間を経過していない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
  - ① 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
  - ② 公正な競争を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合をした者。
  - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。
  - ④ 監督又は検査の実施に当たり、職員及び契約担当者が委託した者の職務執行を妨げた者。
  - ⑤ 正当な理由なく契約を履行しなかった者。
  - ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行った者。

⑦前各号に類する行為を行った者。

(4) 故障等の発生時に迅速な修理対応が可能なこと。

## 5. 入札参加意向書の提出

(1) 受付期間 令和8年9月24日(木)午後5時まで(以後は受付けない)

(2) 提出書類 入札参加意向書(様式第1号を使用)

(3) 提出方法 社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部大分県済生会日田病院用度課へ持参又は郵送願います。

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643-7 Tel 0973-24-1100

## 6. 入札参加資格

入札参加意向書を提出し参加資格要件を満たす者には入札通知書を送付します。

入札通知書には次の事項を記載しています。

- (1) 入札の日時・場所
- (2) 入札の手続き等
- (3) 入札保証金の要否
- (4) 予定価格・最低制限価格の有無
- (5) その他注意事項

## 7. その他

- (1) 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (2) 提出された書類は、本調達物件の納入業者選定以外に使用しない。
- (3) 提出された書類は、返却しない。
- (4) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (5) 提出書類に関する問い合わせ先

〒877-1292 大分県日田市大字三和 643-7

社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部 大分県済生会日田病院

窓口担当:用度課 広瀬 聡

電話:0973-24-1100 FAX:0973-22-8779

E-Mail:youdo2020@saiseikai.hita.oita.jp

令和 8 年 9 月 9 日

# 仕様書

社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部  
大分県済生会日田病院  
院長 大坪 仁

- 1 件名  
令和8年度施設整備 歯科用コンプレッサ・エアドライヤー式
- 2 品名・数量  
歯科用コンプレッサ 1 台 エアドライヤ 1 台
- 3 納入場所  
大分県済生会日田病院 歯科口腔外科機械室
- 4 納入期限  
令和 9 年 3 月末日
- 5 機器仕様  
納入する機器は、各々以下の仕様を満たすものとする。

| 【歯科用コンプレッサ】   |                              |
|---------------|------------------------------|
| 項目            | 仕様                           |
| コンプレッサ方式      | オイルフリー方式                     |
| 圧縮方式          | スクロール方式又は同等以上                |
| バックアップ機能      | 有すること                        |
| メイン電源         | 3 相 200V                     |
| バックアップ電源      | 単相 100V                      |
| メイン出力         | 1.50kW 以上                    |
| バックアップ出力      | 0.75kW 以上                    |
| メイン最高圧力       | 0.83MPa 以上                   |
| 制御機能          | 複数の運転モードを有すること               |
| 圧力監視          | 有すること                        |
| 温度監視          | 有すること                        |
| エアー漏れ検知       | 有すること                        |
| 連続運転検知        | 有すること                        |
| メンテナンス時期表示・検知 | 有すること                        |
| 騒音            | 52dB 程度以下                    |
| 外形寸法          | W550×D710×H999mm 程度          |
| 設置スペース        | W750×D900×H1200mm 程度以下を目安とする |
| 質量            | 約 151kg 程度                   |
| 設置            | 屋内設置に適すること                   |

## 【エアドライヤ】

| 項目     | 仕様                               |
|--------|----------------------------------|
| 使用流体   | 圧縮空気                             |
| 処理空気量  | 370L/min(50Hz)、420L/min(60Hz) 以上 |
| 周囲温度   | 2～40℃                            |
| 出口空気露点 | 10℃以下                            |
| 入口空気圧力 | 0.15～1.0MPa                      |
| 入口空気温度 | 5～80℃                            |
| 電源     | 単相 100V                          |
| 消費電力   | 0.20kW 程度                        |
| 電流     | 2.4A(50Hz)、2.0A(60Hz) 程度         |
| 外形寸法   | 幅 255mm×奥行 480mm×高さ 498mm 程度     |
| 質量     | 約 22.4kg 程度                      |
| フィルタ   | フィルタ付属                           |
| 設置     | 屋内設置に適すること                       |

## 【適合参考機種】

- ・東京技研 歯科用コンプレッサ TCC-Dual Plus CB2
- ・東京技研 EX エアドライヤ (EX-D フィルタ付)

## 6 搬入・据付

- (1) 受注者は、納入前に設置場所及び搬入経路を確認すること。
- (2) 機器の搬入、据付及び既設設備との接続を行うこと。
- (3) 据付後、正常な運転が可能な状態まで調整すること。
- (4) 設置及び接続に必要な標準的な部材は、契約金額に含むものとする。
- (5) 既設設備の改修が必要となる場合は、事前に発注者の承認を得ること。
- (6) 搬入・据付作業に伴う施設及び既設設備への損傷防止に十分配慮すること。

## 7 試運転

設置及び接続完了後、受注者は試運転を実施し、全ての機能、動作が正常であること。

## 8 検査及び検収

- (1) 発注者は、納入物品について本仕様書への適合状況を確認するものとする。
- (2) 外観、型式、製造番号、付属品、設置状況及び運転状況等について検査を行う。
- (3) 試運転の結果が正常であることを確認した後、検収するものとする。
- (4) 検査の結果、本仕様書に適合しない事項が認められた場合は、受注者の責任において速やかに是正すること。

## 9 操作説明

受注者は納入及び試運転完了後、発注者が指定する職員に対し、次の事項について説明を行うこと。

- (1) 通常運転及び停止方法、運転モードの変更方法、バックアップ機能の概要及び作動方法
- (2) 各種表示・警報の確認方法
- (3) 日常点検方法、異常発生時の対応、メンテナンス時期及び方法
- (4) その他、安全かつ適正な使用に必要な事項

## 10 保証及び保守

- (1) 納入機器について、メーカー所定の保証を付すること。
- (2) 保証期間内に正常な使用状態で発生した故障又は不具合については、受注者の責任において速やかに対応すること。
- (3) 故障時の連絡窓口を明示すること。
- (4) 交換部品及び消耗品について、継続的に供給可能な体制を有すること。

- (5) 定期点検及び消耗品交換等について必要な情報を提供すること。
- (6) メーカー又はメーカー指定のサービス体制による修理・保守が可能であること。

#### **11 費用負担**

搬入費、据付費、接続費、試運転費、操作説明費、既存装置撤去費、電気設備の付帯工事費等必要となる一切の費用は契約金額に含むものとする。

#### **12 新品・未使用品**

納入する機器は新品かつ未使用品とし、中古品、再生品、その他これらに類するものは認めない。

#### **13 施設内作業**

- (1) 施設内での搬入、据付及び作業については、発注者の指示に従うこと。
- (2) 診療業務への影響を最小限にするよう配慮すること。
- (3) 作業終了後は、梱包材、廃材その他作業に伴い発生した不要物を受注者の責任において撤去すること。
- (4) 施設又は既設設備等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状回復すること。

(様式第1号)

## 入札参加意向書

令和      年      月      日

社会福祉法人<sup>恩賜  
財団</sup>済生会支部  
大分県済生会日田病院  
院長 大坪 仁 殿

(申 請 者)

住            所

商号又は名称

代    表    者

⑨

申請者は、令和8年9月9日付で公告のあった、大分県済生会日田病院歯科用コンプレッサー・エアドライヤー式の整備事業の入札に参加したいので、その旨を申請します。

※ご担当者の連絡先をお願いします。

所    属

職    名

氏    名

電    話

F A X

E-mail